

Medicare vacuümregelaar onderdelen voor hoogvacuüm.

Artikelnr.	Omschrijving
03004135	Onderhoudsset Medicare hoogvacuümregelaar, bestaande uit klep, siliconen membraan, o-ring en naamplaat.
03004125	Manometer voor vacuüm 0 tot -1 bar, G 1/4 aansluiting en kast rond 63 mm verchroomd.
03104133	Glaasje HV regelaar.
03004126	Klepset hoogvacuümregelaar
03004127	Handwiel 0 tot -1 bar regelaar.
03008010	Flacon 100 ml overloopbeveiliging.
54240150	O-ring 24 x 1,5 mm voor 100 ml flacon.
03008030	Flacon 500 ml glas overloopbeveiliging.
03008021	Dichtring flacon 500 ml.
03008015	Vlotter met kogel.
44511050	Nylon ring 11x5,5x1 t.b.v. manometer

Onderhoud:

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 10 jaar.

Reparatie en of vervanging van onderdelen is voorbehouden aan door MEDICARE UITGEEST B.V. geautoriseerd personeel.