

Medicare vacuüminjecteur onderdelen voor laagvacuüm.

Artikelnr.	Omschrijving
03006131	Onderhoudsset Medicare laagvacuüminjecteur, bestaande uit sinterzeef, 2x o-ring en dempvilt.
03006132	Onderhoudsset Medicare laagvacuüminjecteur 0 tot -100mbar, bestaande uit sinterzeef, o-ringen, siliconenklep en dempviltset.
03004144	Manometer voor vacuüm -200-0 mbar, G 1/4 aansluiting en kast rond 63 mm verchromd.
03004134	Manometer voor vacuüm -100-0 mbar, G 1/4 aansluiting en kast rond 63 mm verchromd.
03006126	Sinterzeef demper 23,9 x 2 mm.
03006130	Injecteur met zeef en o-ring.
03002150	Fijnregelspindel.
03002254	Handwiel vacuüm.
54092517	HNBR o-ring 9,25 x 1,78 mm.
54233240	HNBR o-ring 23,3 x 2,4 mm.
54230150	HNBR O-ring 23 x 1,5 mm.
54044717	HNBR o-ring 4,48 x 1,78 mm.
03008010	Flacon 100 ml overloopbeveiliging.
54240150	O-ring 24 x 1,5 mm voor 100 ml flacon.
03008030	Flacon 500 ml glas overloopbeveiliging.
03008021	Dichtring flacon 500 ml.
03008015	Vlotter met kogel.

Onderhoud:

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 10 jaar.

Reparatie en of vervanging van onderdelen is voorbehouden aan door MEDICARE UITGEEST B.V. geautoriseerd personeel.