

Medicare vacuümregelaar onderdelen voor laagvacuüm.

Artikelnr.	Omschrijving
03004136	Onderhoudsset Medicare laagvacuümregelaar 0 tot -200mbar, bestaande uit klep, siliconen membraan, o-ring en naamplaat.
03004137	Onderhoudsset Medicare laagvacuümregelaar 0 tot -100mbar, bestaande uit klep, siliconen membraan, o-ring en naamplaat.
03004144	Manometer voor vacuüm -200-0 mbar, G 1/4 aansluiting en kast rond 63 mm verchroomd.
03004134	Manometer voor vacuüm -100-0 mbar, G 1/4 aansluiting en kast rond 63 mm verchroomd.
03104133	Glaasje LV regelaar
03004145	Klepset laagvacuümregelaar.
03004146	Handwiel -200-0 mbar regelaar.
03004147	Handwiel -100-0 mbar regelaar.
03008010	Flacon 100 ml overloopbeveiliging.
54240150	O-ring 24 x 1,5 mm voor 100 ml flacon.
03008030	Flacon 500 ml glas overloopbeveiliging.
03008021	Dichtring flacon 500 ml.
03008015	Vlotter met kogel

Onderhoud:

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 10 jaar.

Reparatie en of vervanging van onderdelen is voorbehouden aan door MEDICARE UITGEEST B.V. geautoriseerd personeel.